

AIRPRO® MOBILE- LÖSUNGEN


KURZANLEITUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine AirPro Mobile-Lösung entschieden haben. Dafür vielen Dank!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.tsi.com/AirPro.

Auspacken und Vollzähligkeit der Ausrüstung bestätigen

		
Modell AP500	Modell AP800	Modelle VTH-A, VTH-S, VT-A, VT-S oder TH-S

Im Lieferumfang enthaltenen Akku einsetzen (bei Bedarf laden)





Sonde anbringen (nur AP500)



Instrument einschalten

	●	●	●
	Einschaltanzeige	Bluetooth- Verbindungsanzeige	Ladeanzeige
	Grün = Akkuspannung ist OK	Blinkt = Sendung im Gange	Ein = Akku wird geladen
	Rot = Akkuspannung ist gering	Stetig = Verbunden	Aus = Akku wird nicht geladen

- AirPro Mobile kann von <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> heruntergeladen werden (für iOS).
- AirPro Mobile kann von <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> heruntergeladen werden (für Android).
- Auf <https://my.tsi.com> kann ein Konto eingerichtet werden.

Die App starten und anmelden	Mit Instrument(en) verbinden	Messung vornehmen
		

Rücksendung für Wartung/Reparatur

Bevor Sie das Instrument zurückschicken, füllen Sie das Formular „Warenrückgabegenehmigung“ (Return Merchandise Authorization) auf <http://rma.tsi.com> aus oder rufen Sie unter der Telefonnummer 1-800-874-2811 (USA), +1 (651) 490-2811 oder 001 651 490-2811 (international) an, um sich spezifische Anweisungen für die Rücksendung geben zu lassen.

Sicherheit und Einhaltung geltender Vorschriften



ACHTUNG

Die drahtlosen Luftströmungsmesser AP500 und AP800 verwenden einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit integriertem Brand- und Explosionsschutz. In diesem Instrument dürfen nur von TSI gelieferte Akkus (Bestellnummer 800532) verwendet werden. **KEINEN** Akku-Ersatz und **KEINEN** nicht aufladbaren Akku verwenden. Lithium-Ionen-Akkus sind stets unter Einhaltung aller anwendbaren regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Hiermit erklärt TSI Incorporated, dass dieses Bluetooth-Niedrigspannungs-Prüf- und Messgerät die Anforderungen von Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung befindet sich auf www.tsi.com/AirPro-CE-DOC.

TSI hat die AirPro-Produktlösung vorläufig zum Patent angemeldet. Nähere Informationen finden Sie auf der TSI-Website: <http://www.tsi.com/patents/>.



TSI Incorporated – Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tsi.com.

USA Tel.: +1 800 874 2811
 Großbritannien Tel.: +44 149 4 459200
 Frankreich Tel.: +33 1 41 19 21 99
 Deutschland Tel.: +49 241 523030

Indien Tel.: +91 80 67877200
 China Tel.: +86 10 8219 7688
 Singapur Tel.: +65 6595 6388

